



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS  
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**“HTT-High Tech Test” sh.p.k**

Rruga: “Andrea Kushi”, Nr.27,Apt.5,Njësia Administrative Nr.7,Kodi Postar 1023/Tiranë.

**Numri i Regjistrimit**

**LT 068**

**Laborator Testues**


Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC  
17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe  
Kalibrues"

**Data e akordimit të akreditimit: 19.03.2025**

**Certifikata është e vlefshme deri më datë: 18.03.2029**

**Drejtor i Përgjithshëm**

**Pranvera FAGU**



**LT 068 19.03.25**

**Lëshuar me datë: 19.03.2025**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www.dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

No.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standarti i provës	Opinione, Interpretime	Standarti marjes së mostrës	Kodi vënd ndodhje
1	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
2	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
3	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib – Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data eleshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - I <sub>max</sub> Lidhje me TRR: 0.05I <sub>n</sub> - I <sub>max</sub>	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive - Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.4)	JO	-	0
5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) In Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosφ=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive - Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.7)	JO	-	0
6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive - Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.6)	JO	-	0
7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05I <sub>n</sub> - I <sub>max</sub> Lidhje me TRR: 0.05I <sub>n</sub> - I <sub>max</sub> cosφ: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive - Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.9)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - I <sub>max</sub>  Lidhje me TRR: 0.05In – I <sub>max</sub>	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.4)	JO	-	0
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 In cosφ=1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.7)	JO	-	0
10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.6)	JO	-	0
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: 0.05In – I <sub>max</sub> cosφ: 0.5;1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.9)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325







LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	 Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: 0.05In – I <sub>max</sub>	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.4)	 JO	-	0
13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) I <sub>tr</sub> Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) I <sub>tr</sub> cosφ=1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	 JO	-	0
15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (I <sub>min</sub> - I <sub>max</sub> ) cosφ: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.1)	 JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

16	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Konstantes	(Itr - I <sub>max</sub> )	PR-302-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
17	Matësia Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr cosφ=1	PR-302-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.7)	JO	-	0
18	Matësia Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 dhe 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.6)	JO	-	0
19	Matësia Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Itr – I <sub>max</sub> ) cosφ: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.9)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

20	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Konstantes	(Itr - I <sub>max</sub> )	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.4)	JO	-	0
21	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) In Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.7)	JO	-	0
22	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.6)	JO	-	0
23	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - I <sub>max</sub> Lidhje me TRR: 0.05In – I <sub>max</sub> sinf: 0.5;1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.9)	JO	-	0



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068  
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025  
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

**“HTT - High Tech Tests” sh.p.k**  
**Laborator Testues**  
**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

24	Matësia Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	 Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	PR-304- Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.4)	 JO	-	0
----	--	---	---	---	--------------------------	---	---	---

**Administratori:**  
**Menaxhere Cilësie:**  
**Menaxher Teknik:**  
**Tel/Fax:**  
**Email:**  
**Adresa e Laboratorit:**



**Z.Genci GJERGJANI**  
**Znj.Dea GJERGJANI**  
**Z.Genci GJERGJANI**  
**+355 689088467**  
**info@htt-al.com**  
**Rruga: “Andrea Kushi”, Nr.27,Apt.5,Njësia Administrative Nr.7,Kodi Postar 1023/Tiranë.**



**Rishikimi 0: 19.03.2025. Riakreditim**



Adresa: Rruga e Durrës, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

